

设备售后安装条件

尊敬的客户：您好！感谢您的信赖，选择本公司产品，本公司为您提供专业的售后安装服务，将为您安装好我们的产品，方便您使用。请您仔细阅读以下安装条件需求，并准备好必要的安装条件，谢谢。如果因为您没有准备好所必须的安装条件造成我们第一次售后安装服务无法安装调试好本公司产品，第二次的售后安装服务将会产生一定的费用，请您知晓。

项目	要求	提供单位	备注
供电	电源 热等静压炉：电压三相 AC380V±10%，频率 50/60HZ，功率 12KW 水冷设备：电压单相 AV 220V±10%，频率 50HZ，功率 6 KW	客户提供	
	接线方式 连接空气开关，需要一个不小于 63A 的 4P 空气开关和一个不小于 32A 的 2P 空气开关 	客户提供	热等静压炉电源线连接 4P 空开，水冷设备电源线连接 2P 空开
	接地 电阻小于 4Ω 的接地线	客户提供	
	新国标插线板 需准备一个单相电压 AC 220V±10% 50HZ，最大电流 10A 的插线板 	客户提供	用于给气泵设备供电
气源	需要一瓶 40 升的工作气体	客户提供	
设备外形尺寸	防护罩关闭：长 1250mm*宽 900mm*高 1550mm 防护罩开启：长 1720mm*宽 950mm*高 2180mm	厂家提供	
重量	约 700KG	厂家提供	